


## 设备技术参数

序号	技术要求
1	原装进口
2	30° 内镜，直径≤5.5mm，长度 50cm，
3	HOPKINS II 柱状晶体镜，镜身标有 HOPKINS II 标志，45 度导光束接口
4	分辨率：≥8.5 LP/mm
5	蓝宝石镜面，镜体内外多层涂层，减少光损失
6	可 134° 预真空高温高压灭菌
7	目镜端采用国际标准卡口；无需转接口可连接其他品牌导光束，适配任何标准接口的冷光源及摄像系统。

## 采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市肿瘤医院
拟采购产品名称	腹腔镜镜头
拟采购产品金额	9万元
采购项目所属项目名称	安阳市肿瘤医院腹腔镜镜头采购项目
采购项目所属项目金额	9万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：各品牌内窥镜的临床使用方式基本一致，需和同品牌的内镜系统兼容，单孔腹腔镜用于充气式纵隔腔镜联合腹腔镜下食管癌根治术。进口产品在技术先进性、操控性、手术安全性、图像清晰度、景深、使用寿命、后期故障率等方面有较大优势，为了保障医疗工作顺利开展，提升医疗诊断技能，提高医疗服务水平，为人民群众提供更好的医疗服务，现申请购置进口设备。</p> <p>1. 因与科室现有设备相匹配，方能开展相关工作，建议采购进口单孔腹腔镜。</p> <p>2. 目前市场上的国产品牌尚无法同时达到以上功能与技术水平，稳定性、安全性、先进性、耐用性等方面与进口产品尚有一定差距，不能满足临床、科研及教学方面的实际工作要求。</p> <p>3. 考虑到成本核算，操作习惯等，建议采购与现有设备同一品牌卡尔史托斯单孔腹腔镜。</p> <p>目前国内设备无法全部满足临床使用要求，同时该产品不属于《中国禁止进口、限制进口产品目录》国家禁止进口和限制进口产品，建议购买进口设备。</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">进口腹腔镜镜头的性能先进，稳定性高，操控性可靠，图像清晰，分辨率高，故障率低，目前国内产品不能较好地满足临床工作要求，与原有产品配套适用性，且不属于国家禁止和限制进口产品，故建议采购进口设备。</p>	
<p>论证专家签字：  2024年6月21日</p>	