

二次报价表 (最终)

项目名称: 安阳市肿瘤医院表面污染检测仪、碘-125 专用活度计、辐射检测仪采购项目二次

供应商名称	二次报价 (元)	备注
河南辐信防护设备有限公司	大写: 陆万壹仟元整 小写: 61000.00 注: 零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿	

报价为完成本项目而需要的所有费用, 包括其履行本项目合同所需的所有费用, 包括所投入的全部人工成本 (含驻场人员及后台支持人员)、差旅费、现场管理费、企业管理费、评审、验收、利润和税金等。

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章): 周明子

日期: 2024年12月12日

4.响应产品清单及具体技术参数

项目名称：安阳市肿瘤医院表面污染检测仪、碘-125 专用活度计、辐射检测仪采购项目
二次

项目编号：HRCZB-2024-11-66

序号	产品名称	品牌型号	技术参数	原产地及制造商	附件	节能产品、环境标志产品的标注(按需填列)
	表面污染检测仪	微影 MR3510	(1) 产品体积小、重量轻、灵敏度高、功耗低、可长时间待机； (2) 128×96分辨率，点阵液晶显示器屏幕亮度清晰； (3) 用mini USB接口，使用配套工具软件，可设置和读取仪器参数； (4) 探测器：云母薄窗盖革管； (5) 测量类型：α、β表面污染及X、γ剂量率； (6) 探测窗面积：20cm ² ； (7) 显示：四位液晶显示，分辨率128×96，可选择μSv/h, CPS, Bq/cm ² 等单位； (8) γ灵敏度：7.4cps/μSv/h(¹³⁷ Cs)； (9) 本底自动扣除 (10)测量范围：0.01μSv/h ~ 99.99mSv/h (X、γ)、0 cps ~ 9999cps (α、β)； (11)探测效率：α ≥ 25% (²⁴¹ Am)、β ≥ 45% (⁹⁰ Sr- ⁹⁰ Y)； (12)相对固有误差：≤10%； (13)重复性：≤5%； (14)响应时间：<10s； (15)报警功能：计数率趋势音响提示，超阈值、过载、低电量等报警指示，报警阈值设置；声光报警 (16)过载特性：测量超上限时可提示过载，放射源移走后30s内能自动恢复正常； (17)工作时间：≥150h； (18)工作温度：-10℃ ~ +40℃； (19)贮存温度：-20℃ ~ +50℃； (20)相对湿度：≤95% (35℃, 非冷凝)； (21)尺寸：170×85×28mm； (22)重量：275g (含电池)；	上海微影(上海)仪器科技有限公司	/	/
	碘-125专	中恒 RM-	1、具有量程自动转换，自动测量； 2、可测全部和一些常用药物，如（ ^{99m} Tc、 ¹⁵³ Sm、 ¹³¹ I、 ⁸⁹ Sr ³² P、 ⁶⁷ Ga、 ²⁰¹ Tl等）。 3、可测量全部正电子药物，如 ¹⁸ F、 ¹¹ C、 ¹³ N、 ¹⁵ O等	北京中恒创新(北		



用活 度计	905a	4、可直接测量碘-125粒子的放射性活度 5、能量范围：25keV 以上的 γ 及其 1MeV 以上的 β 核素 6、分辨率：1 μ Ci 7、基本误差： $\pm 5\%$ 8、静电计精度：好于 1% 9、显示单位：居里 (Ci) 或贝可 (Bq) 10、宽量程范围 1 μ Ci—10Ci。 11、高测量精度 1—2% 12、高测量速度3-5秒稳定读数； 13、打印输出活度测量报告； 14、视窗中文系统实现计算机遥控操作。 15、按键自动扣除环境辐射本底，无须调零	京) 科技 有限 公司		
辐射 检测 仪	微影 MR- 3020	(1)探测器： $\Phi 30 \times 25 \text{mm NaI(Tl)} + \text{PM}$ ； (2)测量类型：可检测高、低能X、 γ 射线； (3)显示屏：3.2 寸彩色液晶，分辨率320 \times 240，带背光； (4)灵敏度：450cps/ μ Sv/h； (5)能量范围：35KeV ~ 3.0MeV；能量响应： $\leq \pm 30\%$ ； (6)显示单位：当量剂量率 μ Sv/h、吸收剂量率 μ Gy/h；累计剂量 μ Sv；计数率CPS (7)剂量当量率范围：0.01 μ Sv/h ~ 3mSv/h；累积剂 量范围：0.01 μ Sv ~ 9.99Sv； (8)可实时测量剂量率和定时测量累积剂量；累积剂量 和剂量率阈值均可任意设置 (9)相对固有误差： $\leq \pm 10\%$ (^{137}Cs)； (10)重复性： $< 1\%$ ； (11)报警类别：阈值、过载、故障、电池欠压； (12)报警阈值：具有超阈值报警功能，报警阈值在测 量范围内可做任意设置； (13)数据存储：可存储 20000 组数据； (14)功 耗：整机耗电 $\leq 200\text{mW}$ (不含显示器背光耗 电)； (15)工作时间：关闭蜂鸣器和背光灯状态下可持续工 作24 小时以上； (16)工作温度： $-30^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$ ； (17)贮存温度： $-40^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$ ； (18)相对湿度： $\leq 95\%$ (35°C ，非冷凝)；	上海, 微影 (上 海) 仪器 科技 有限 公司	/	/



			(19)防护等级: IP65;			
			(20)尺寸: 290×120×175mm;			
			(21)重量: 1.55kg;			

注: 1、供应商应详细填写投标货物具体技术参数, 包括产品的品牌、规格、型号、产地等技术参数。

供应商 (盖单位公章): 河南翰佰盾防护设备有限公司

法定代表人或被授权人 (签字或盖章)

日期: 2024 年 12 月 09 日

